



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 117/2018

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 2083/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e caixas térmicas, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Suzane Cristofolini de Oliveira – Enfermeira
- Mirian Miyagi – Odontóloga
- Georgia Luciana de Oliveira – Enfermeira
- Terezinha Dias – Técnica de enfermagem

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa CIRUPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 117/2018, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no VIII.I do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.I. As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa CIRUPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item VIII.I. do Edital, "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra".

Sendo o item 130 apresentado pela empresa CIRUPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS.

Quanto a marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item VIII.III do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.III. As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Seguem abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 130 Lençol de papel descartável. Para maca hospitalar. Dimensões: Largura 70 cm X comprimento 50 m. Totalmente descartável. 100% celulose, superfície lisa. Rolo individual, isolado com plástico. Cor: Branco.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Cor	X		

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

O item 130 teve avaliação favorável e, portanto, foi aprovado.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS


O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 06 de dezembro de 2018.


COMISSÃO AVALIADORA:




Gabriela Tambosi
Farmacêutica


Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira / Coren - PR 0013027
Coordenação de Atenção Básica
Coordenação Municipal de Saúde


Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira



Mirian Miyagi
Odontóloga



Georgia Luciana de Oliveira
Enfermeira



Terezinha Dias
Técnica de enfermagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 117/2018

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 2083/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e caixas térmicas, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Suzane Cristofolini de Oliveira – Enfermeira
- Mirian Miyagi – Odontóloga
- Georgia Luciana de Oliveira – Enfermeira
- Terezinha Dias – Técnica de enfermagem

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 117/2018, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no VIII.I do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.I. As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item VIII.I. do Edital, "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra".

Sendo os itens 92, 141 e 177 apresentados pela empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Quanto a marca dos materiais apresentados para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item VIII.III do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.III. As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 92 Espéculo vaginal descartável tamanho G, em poliestireno cristal de alto impacto, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhante ao formato dos fôrnices vaginais e dispositivo de abertura (parafuso borboleta) efeito luminoso, bordas antitraumáticas. Tamanho: diâmetro em repouso 8 cm, comprimento 12,5 cm.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Resistência do produto	X		
	Resistência da embalagem	X		
Item 141 Luva para procedimento não cirúrgico, plástica, tamanho único, embalagem individual, estéril, descartável, ambidestra. Caixa com 100 unidades.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Resistência	X		
Item 177 Saco de lixo hospitalar 50 litros. Na cor branco, com no mínimo 13 micra, com o símbolo "INFECTANTE", com medidas mínimas de 63 cm x 80 cm. Confeccionado dentro das normas ABNT NBR 9191/2008 e NBR 7500/2004 (simbologia). Fardo com 100 unidades. 100 unid. Apresentar ensaio técnico.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Espessura		X	Saco de lixo muito fino, não apresenta a espessura mínima de modo a garantir a resistência do produto.
	Resistência		X	Não apresenta resistência adequada para acondicionamento de resíduos infectantes. Rompe-se muito facilmente.

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- O item 177 apresentou desconformidade em relação à espessura e resistência.
- Conclui-se, portanto, a **REPROVAÇÃO** do item 177.
- Os demais itens analisados tiveram avaliação favorável e, portanto, foram aprovados, sendo eles: 92 e 141.






PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS


O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 06 de dezembro de 2018.


COMISSÃO AVALIADORA:



Gabriela Tambosi
Farmacêutica




Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira / Coren - PR 00110775
Coordenação de Atenção Básica
Sec. Municipal de Saúde
Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira



Mirian Miyagi
Odontóloga



Georgia Luciana de Oliveira
Enfermeira



Terezinha Dias
Técnica de enfermagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 117/2018

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 2083/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e caixas térmicas, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Suzane Cristofolini de Oliveira – Enfermeira
- Mirian Miyagi – Odontóloga
- Georgia Luciana de Oliveira – Enfermeira
- Terezinha Dias – Técnica de enfermagem

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 117/2018, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no VIII.I do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.I. As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item VIII.I. do Edital, "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra".

Sendo o item 144 apresentados pela empresa DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS.

Quanto a marca dos materiais apresentados para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item VIII.III do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.III. As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 144 Máscara cirúrgica tripla descartável com elástico, com filtro BFE 98,8% de retenção bacteriológica, atóxica, 100% polipropileno. Caixa com 50 unidades. Produto confeccionado em não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, 4 tiras laterais p/ fixação, clip nasal embutido, hipoalergênica, branca, descartável.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Resistência	X		

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- O item 144 analisado teve avaliação favorável e, portanto, foi aprovado.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS


O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 06 de dezembro de 2018.


COMISSÃO AVALIADORA:



Gabriela Tambosi
Farmacêutica



Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira / Coren PR 00110775



Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira



Mirian Miyagi
Odontóloga



Georgia Luciana de Oliveira
Enfermeira



Terezinha Dias
Técnica de enfermagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 117/2018

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 2083/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e caixas térmicas, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Suzane Cristofolini de Oliveira – Enfermeira
- Mirian Miyagi – Odontóloga
- Georgia Luciana de Oliveira – Enfermeira
- Terezinha Dias – Técnica de enfermagem

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME. classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 117/2018, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no VIII.I do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.I. As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME. atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item VIII.I. do Edital, "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra".

Sendo os itens 23, 25, 26, 27, 72, 90, 139, 175, 176 e 180 apresentados pela empresa EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME.

Quanto a marca dos materiais apresentados para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item VIII.III do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.III. As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 23 Atadura de crepe 13 fios tipo I, 12 cm de largura x 1,80 m de comprimento (em repouso) e elasticidade de 50%, confeccionada em tecido 100% algodão ou mista, com peso 26 gramas, bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá estar de acordo com a NBR 14056. Pacote com 12 unidades.	Medidas		X	Não apresenta a medida de 1,80 m de comprimento em repouso.
	Peso		X	Não apresenta peso especificado.
	Composição	X		
	Resistência	X		
Item 25 Atadura de crepe 13 fios tipo I, 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento (em repouso) e elasticidade de 50%, confeccionada em tecido 100% algodão ou mista, com peso 42,8 gramas, bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá estar de acordo com a NBR 14056. Pacote com 12 unidades.	Medidas		X	Não apresenta a medida de 1,80 m de comprimento em repouso.
	Peso		X	Não apresenta peso especificado.
	Composição	X		
	Resistência	X		
Item 26 Atadura de crepe 13 fios tipo I, 10 cm de largura x 1,80 m de comprimento (em repouso) e elasticidade de 50%, confeccionada em tecido 100% algodão ou mista, com peso 21,86 gramas, bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá estar de acordo com a NBR 14056. Pacote com 12 unidades.	Medidas		X	Não apresenta a medida de 1,80 m de comprimento em repouso.
	Peso		X	Não apresenta peso especificado.
	Composição	X		
	Resistência			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ESTADO DO PARANÁ

Item 27 Auto lanceta automática descartável para punção digital, 28G. Produto confeccionado em aço inoxidável, com ponta afiada, design anatômico, descartável, estéril, embalagem individual, com sistema retrátil. Agulha de 0,36 mm, 1,5 mm de profundidade de penetração). Bisel trifacetado e siliconizado. Dispensa o uso de caneta lancetadora. Sistema retrátil com trava de segurança, que atenda a NR 32.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Funcionamento	X		
Item 72 Compressa de gaze 10 x 10 cm: constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm ² , 20 cm x 40 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10 x 10 cm quando dobrada, 500 g por pacote no mínimo com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos e sem soltar fiapos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacotes com 500 unidades, não estéril. Com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. ABNT NBR 13843 e possuir registro MS e RDC 59.	Peso	X		
	Medidas		X	Não apresenta as medidas 10 X 10 cm quando dobrada.
	Composição		X	Não apresenta as 5 dobras inteiras e as 8 camadas são incompletas.
	Resistência	X		
	Quantidade por pacote	X		
Item 90 Esfigmomanômetro aneróide. Montagem do equipamento livre de engrenagens atestada pela fábrica. Resistência a quedas comprovada pela fábrica. Garantia de calibração de fábrica de no mínimo 5 anos. Manômetro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 300 mmHg. Precisão certificada pelo INMETRO de ± 3 mmHg. Preferencialmente com aneróide e pêra não acoplados. Manguito e pêra de insuflação confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de circunferência do	Material	X		
	Resistência do produto		X	Perde velcro com facilidade. Desprende com muita facilidade o manguito da pêra.
	Funcionamento		X	O manômetro não vem acoplado à válvula de insuflação, e quando acoplado, não se ajusta à posição 0 mmHg.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ESTADO DO PARANÁ

braço. Tamanho adulto: 26 a 32 cm. Peça principal: aneróide. Braçadeira tamanho adulto. Pêra de insuflação com válvula bolsa para acondicionamento do produto.				
Item 139 Luva de látex para procedimento tamanho médio: caixa c/ 50 pares. Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, médio, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente à tração.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Resistência		X	Rasga com facilidade.
Item 175 Saco de lixo hospitalar 100 litros. Na cor branco, com no mínimo 13 micra, com o símbolo "INFECTANTE", com medidas mínimas de 75 cm x 105 cm. Confeccionado dentro das normas ABNT NBR 9191/2008 e NBR 7500/2004 (simbologia). Fardo com 100 unidades. 100 unid. Apresentar ensaio técnico.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Espessura	X		
	Resistência	X		
Item 176 Saco de lixo hospitalar 100 litros. Na cor laranja, com no mínimo 13 micra, com o símbolo lixo TÓXICO, com medidas mínimas de 75 cm x 105 cm. Confeccionado dentro das normas ABNT NBR 9191/2008 e NBR 7500/2004 (simbologia). Fardo com 100 unidades. 100 unid.	Medidas		X	Não apresenta medidas especificadas.
	Composição		X	Não apresenta o símbolo especificado
	Espessura		X	Não apresenta espessura adequada.
	Resistência		X	Não apresenta boa resistência. Rompe-se muito facilmente.
Item 180 Seringa descartável 0,5 mL (50 un) p/ insulina c/ agulha 8 mm x 0,3 mm (curta). Comprimento da agulha 15/16". Calibre da agulha 30G. Seringa, polipropileno transparente, 0,5 mL (escala em UI), bico central simples ou luer lock, êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 mL, numerada, c/ agulha 8 x 0,3 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável, estéril.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Resistência	X		
	Qualidade das marcações de graduação	X		





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- Os itens 23, 25, 26, 72, 90, 139 e 176 apresentaram diversas desconformidades em relação à qualidade.
- Conclui-se, portanto, a **REPROVAÇÃO** dos itens 23, 25, 26, 72, 90, 139 e 176.
- Os demais itens analisados tiveram avaliação favorável e, portanto, foram aprovados, sendo eles: 27, 175 e 180.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 06 de dezembro de 2018.


COMISSÃO AVALIADORA:


Gabriela Tambosi
Farmacêutica


Georgina Luciana de Oliveira
Enfermeira


Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira - Coren-PR 00110775
Coordenadora de Atenção Básica
Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira


Terezinha Dias
Técnica de enfermagem


Mirian Miyagi
Odontóloga



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 117/2018

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 2083/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e caixas térmicas, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Suzane Cristofolini de Oliveira – Enfermeira
- Mirian Miyagi – Odontóloga
- Georgia Luciana de Oliveira – Enfermeira
- Terezinha Dias – Técnica de enfermagem

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 117/2018, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no VIII.I do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.I. As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP. atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item VIII.I. do Edital, "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra".

Sendo o item 138 apresentado pela empresa DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.

Quanto a marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item VIII.III do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.III. As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 138 Luva de látex para procedimento tamanho grande: caixa c/ 50 pares. Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente à tração.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Resistência	X		

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- O item 138 analisado teve avaliação favorável e, portanto, foi aprovado.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS


O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 06 de dezembro de 2018.

COMISSÃO AVALIADORA:




Gabriela Tambosi
Farmacêutica




Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira / Coren - PR 00110775
Coordenação de Atenção Básica
Coordenação Municipal de Saúde
Enfermeira



Mirian Miyagi
Odontóloga



Georgia Luciana de Oliveira
Enfermeira



Terezinha Dias
Técnica de enfermagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 117/2018

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 2083/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e caixas térmicas, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Suzane Cristofolini de Oliveira – Enfermeira
- Mirian Miyagi – Odontóloga
- Georgia Luciana de Oliveira – Enfermeira
- Terezinha Dias – Técnica de enfermagem

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A. classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 117/2018, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no VIII.I do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.I. As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A. atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item VIII.I. do Edital, "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra".

Sendo os itens 22 e 24 apresentados pela empresa JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A.

Quanto a marca dos materiais apresentados para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item VIII.III do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.III. As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 22 Atadura de crepe 13 fios tipo I, 08 cm de largura x 1,80 m de comprimento (em repouso) e elasticidade de 50%, confeccionada em tecido 100% algodão ou mista, com peso 18 gramas, bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto devera estar de acordo com a NBR 14056. Pacote com 12 unidades.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Peso	X		
	Resistência	X		
Item 24 Atadura de crepe 13 fios tipo I, 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento (em repouso) e elasticidade de 50%, confeccionada em tecido 100% algodão ou mista, com peso 32,7 gramas, bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto devera estar de acordo com a NBR 14056. Pacote com 12 unidades.	Medidas	X		
	Peso	X		
	Composição	X		
	Resistência	X		

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- Os itens analisados, 22 e 24, tiveram avaliação favorável e, portanto, foram aprovados.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS


O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

Piên, 06 de dezembro de 2018.


COMISSÃO AVALIADORA:



Gabriela Tambosi
Farmacêutica




Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira / Coren - PR 00110775
Enfermeira de Atenção Básica
Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira



Mirian Miyagi
Odontóloga



Georgia Luciana de Oliveira
Enfermeira



Terezinha Dias
Técnica de enfermagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 117/2018

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 2083/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e caixas térmicas, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Suzane Cristofolini de Oliveira – Enfermeira
- Mirian Miyagi – Odontóloga
- Georgia Luciana de Oliveira – Enfermeira
- Terezinha Dias – Técnica de enfermagem

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 117/2018, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no VIII.I do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.I. As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALA atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item VIII.I. do Edital, "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra".

Sendo o item 71 apresentado pela empresa METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALA.

Quanto a marca dos materiais apresentados para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item VIII.III do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.III. As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 71 Compressa cirúrgica para campo operatório 3 camadas 45 cm x 50 cm: pacote c/ 50 unidades. Campo operatório, tecido 100% algodão, simples, 45 cm, 50 cm, 15 fios/cm ² , acabamento c/ ponto overlock, branca, 4 camadas, cantos arredondados, cadaço duplo mínimo 18 cm.	Medidas	X		Não apresenta 15 fios conforme especificado.
	Composição		X	
	Resistência	X		
	Quantidade por pacote	X		

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- O item 71 apresentou desconformidade em relação à composição.
- Conclui-se, portanto, a **REPROVAÇÃO** do item 71.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 06 de dezembro de 2018.

COMISSÃO AVALIADORA:

Gabriela Tambosi
Farmacêutica

Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira / Coren - PR 00116
Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira

Mirian Miyagi
Odontóloga

Georgia Luciana de Oliveira
Enfermeira

Terezinha Dias
Técnica de enfermagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 117/2018

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 2083/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e caixas térmicas, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Suzane Cristofolini de Oliveira – Enfermeira
- Mirian Miyagi – Odontóloga
- Georgia Luciana de Oliveira – Enfermeira
- Terezinha Dias – Técnica de enfermagem

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 117/2018, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no VIII.I do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.I. As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item VIII.I. do Edital, "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra".

Sendo os itens 93, 94 e 123 apresentados pela empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Quanto a marca dos materiais apresentados para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item VIII.III do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.III. As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 93 Espéculo vaginal descartável tamanho M, em poliestireno cristal de alto impacto, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhante ao formato dos fôrnices vaginais e dispositivo de abertura (parafuso borboleta), efeito luminoso, bordas antitraumáticas. Tamanho: diâmetro em repouso 7 cm, comprimento 11,5 cm.	Medidas		X	Medidas de diâmetro superiores às especificadas.
	Composição	X		
	Resistência do produto	X		
	Resistência da embalagem	X		
Item 94 Espéculo vaginal descartável tamanho P, em poliestireno cristal de alto impacto, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhante ao formato dos fôrnices vaginais e dispositivo de abertura (parafuso borboleta), efeito luminoso, bordas antitraumáticas. Tamanho: diâmetro em repouso 6 cm, comprimento 10,5 cm.	Medidas		X	Medidas de diâmetro superiores às especificadas.
	Composição	X		
	Resistência do produto	X		
	Resistência da embalagem	X		
Item 123 Invólucro de não tecido em SMS para esterilização 40 g 50 x 50 cm, pacote com 50 unidades. Confeccionado em <i>Spunbond</i> , <i>Meltblown</i> , <i>Spunbond</i> (SMS), resistente a rasgos e perfurações. Indicado como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de esterilização a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos. Embalagem para esterilização, não tecido 100% polipropileno 3 camadas (SMS), esterilização vapor, ETO ₂ e gás de plasma de H ₂ O ₂ , 90 cm, 90 cm, folha única, gramatura leve.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Peso	X		
	Resistência	X		





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- Os itens 93 e 94 apresentaram desconformidades em relação às medidas.
- Conclui-se, portanto, a **REPROVAÇÃO** dos itens 93 e 94.
- O item 123 teve avaliação favorável e, portanto, foi aprovado.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 06 de dezembro de 2018.


COMISSÃO AVALIADORA:




Gabriela Tambosi
Farmacêutica



Georgia Luciana de Oliveira
Enfermeira


Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira / Coren - PR 00110775
Coordenação de Atenção Básica
Sec. Municipal de Saúde

Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira



Terezinha Dias
Técnica de enfermagem



Mirian Miyagi
Odontóloga



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 117/2018

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 2083/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e caixas térmicas, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Suzane Cristofolini de Oliveira – Enfermeira
- Mirian Miyagi – Odontóloga
- Georgina Luciana de Oliveira – Enfermeira
- Terezinha Dias – Técnica de enfermagem

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa CIRURGICA ONIX EIRELI - ME, classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 117/2018, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no VIII.I do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.I. As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa CIRURGICA ONIX EIRELI - ME. atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item VIII.I. do Edital, "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 90, 92, 93, 94, 122, 123, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 175, 176, 177, 180 e 181, deverão apresentar a amostra".

Sendo os itens 73, 137 e 140 apresentados pela empresa CIRURGICA ONIX EIRELI - ME.

Quanto a marca dos materiais apresentados para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item VIII.III do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 117/2018, conforme abaixo:

VIII.III. As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 73 Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm: constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm ² , 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 500 g por pacote no mínimo com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacotes com 500 unidades, não estéril. Com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. ABNT NBR 13843 e possuir registro MS e RDC 59.	Peso	X		
	Medidas	X		
	Composição	X		
	Resistência	X		
	Quantidade por pacote	X		
Item 137 Luva de látex para procedimento tamanho extra pequeno: caixa c/ 50 pares. Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, extrapequeno, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente à tração.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Resistência	X		
Item 140 Luva de látex para procedimento tamanho pequeno: caixa c/ 50 pares. Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, pequeno, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente à tração.	Medidas	X		
	Composição	X		
	Resistência	X		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- Os itens analisados tiveram avaliação favorável e, portanto, foram aprovados, sendo eles: 73, 137 e 140.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 06 de dezembro de 2018.

COMISSÃO AVALIADORA:

Gabriela Tambosi
Farmacêutica

Terezinha Dias
Técnica de enfermagem

Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira / Coren - PR 00110775
Coordenação de Atenção Básica
Município de Saúde

Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira

Miriam Miyagi
Odontóloga

Dra. Miriam Apª Miyagi
Cirurgia Dentista
CRO-PR 9163
CPF 876.240.959-04

Georgia Luciana de Oliveira
Enfermeira