



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 015/2020

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 193/2020

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Andréia Simone da Cruz Gulinski – Enfermeira
- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Georgia Luciana Oliveira – Enfermeira
- Seandra Candido Cordeiro – Odontóloga
- Terezinha Dias – Técnica de enfermagem

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa MACROLIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS, classificada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico nº 115/2020, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no item XI do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 115/2020, conforme abaixo:

XI.I. As licitantes classificadas em terceiro lugar para os itens: 33, 67 e 68 deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa MACROLIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS, atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em segundo lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item XI.I. "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 33, 67 e 68 deverão apresentar a amostra".

Sendo o item 33 apresentado pela MACROLIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS.

Quanto à marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em terceiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item IX.III, sendo:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

IX.IV. As amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em terceiro lugar e aprovada pela comissão não será, em hipótese alguma, considerada como início de entrega do produto ofertado, nem será contabilizada na quantidade a ser entregue.

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 33 Estetoscópio, biauricular, olivas anatômicas pvc, haste aço inox, tubo "y" pvc, auscultador aço inox c/ anel de borracha, adulto.	Material	x		
	Componentes	X		
	Funcionamento	X		

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:


- O item apresentado foi **APROVADO**.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 03 de março de 2020.

COMISSÃO AVALIADORA:



Andréia Simone da Cruz Gulinski
Enfermeira



Gabriela Tambosi
Farmacêutica

Terezinha Dias
Técnica de enfermagem



Georgia Luciana de Oliveira
Enfermeira



Seandra Cândido Cordeiro
Odontóloga



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 015/2020

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 193/2020

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Andréia Simone da Cruz Gulinski – Enfermeira
- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Georgia Luciana Oliveira – Enfermeira
- Seandra Candido Cordeiro – Odontóloga
- Terezinha Dias – Técnica de enfermagem

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., classificada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico nº 115/2020, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no item XI do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 115/2020, conforme abaixo:

XI.I. As licitantes classificadas em terceiro lugar para os itens: 33, 67 e 68 deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em segundo lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item XI.I. "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 33, 67 e 68 deverão apresentar a amostra".

Sendo os itens 67 e 68 apresentados pela ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Quanto à marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em terceiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item IX.III, sendo:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

IX.IV. As amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em terceiro lugar e aprovada pela comissão não será, em hipótese alguma, considerada como início de entrega do produto ofertado, nem será contabilizada na quantidade a ser entregue.

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 67 Saco de lixo hospitalar 100 litros. Na cor branco, com no mínimo 13 micra, com o símbolo "INFECTANTE", com medidas mínimas de 75 cm x 105 cm. Confeccionado dentro das normas ABNT NBR 9191/2008 e NBR 7500/2004 (simbologia). Fardo com 100 unidades. 100 unid. Apresentar ensaio técnico.	Medidas		X	Não apresenta medidas especificadas.
	Composição	X		
	Espessura		X	Não apresenta espessura adequada.
Item 68 Saco de lixo hospitalar 50 litros. Na cor branco, com no mínimo 13 micra, com o símbolo "INFECTANTE", com medidas mínimas de 63 cm x 80 cm. Confeccionado dentro das normas ABNT NBR 9191/2008 e NBR 7500/2004 (simbologia). Fardo com 100 unidades. Apresentar ensaio técnico.	Medidas		X	Não apresenta medidas especificadas.
	Composição	X		
	Espessura		X	Não apresenta espessura adequada.
	Resistência		X	Não apresenta boa resistência. Rompe-se muito facilmente.

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- Os itens 67 e 68 apresentaram não conformidades, portanto foram **REPROVADOS**.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 03 de março de 2020.

COMISSÃO AVALIADORA:



Andréia Simone da Cruz Gulinski
Enfermeira




Gabriela Tambosi
Farmacêutica

Terezinha Dias
Técnica de enfermagem



Georjia Luciana de Oliveira
Enfermeira



Seandra Cândido Cordeiro
Odontóloga