

ANÁLISE DE AMOSTRAS DO PE 109/2021

ITEM	CÓDIGO BPS	PRODUTO	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	Situação	Avaliação	Relatório de análise
18	BR0321790	Atadura de crepe 18 fios tipo II, 10 cm de largura X 1,80 m de comprimento (em repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo 90% algodão, com peso 30 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, enrolada uniformemente	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	BRISTOL	Avaliada	Reprovada	Será protocolado em 31/01/2022
19	BR0444363	Atadura de crepe 18 fios tipo II, 12 cm de largura X 1,80 m de comprimento (em repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo 90% algodão, com peso 36 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, enrolada uniformemente	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	BRISTOL	Avaliada	Reprovada	Será protocolado em 31/01/2022
20	BR0321792	Atadura de crepe 18 fios tipo II, 15 cm de largura X 1,80 m de comprimento (em repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo 90% algodão, com peso 45 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, enrolada uniformemente	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDIHOUSE	Amostra não recebida	Amostra não recebida	
21	BR0444372	Atadura de crepe 18 fios tipo II, 20 cm de largura X 1,80 m de comprimento (em repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo 90% algodão, com peso 60 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, enrolada uniformemente	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	BRISTOL	Avaliada	Reprovada	Será protocolado em 31/01/2022
44	BR0269971	Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm: constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm², 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 500 g por pacote no mínimo com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacotes com 500 unidades, não estéril. Com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Atender na íntegra a ABNT NBR 13841.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ERIMAX	Avaliada	Reprovada	Será protocolado em 31/01/2022
45	BR0269587	Compressa de gaze estéril, 7,5 X 7,5 cm, pacote com 10 unidades. Compressa de gaze hidrófila, estéril, confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopaco, densidade de 13 fios por cm², 15 X 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 X 7,5 cm quando dobrada, 10 g por pacote no mínimo isento de embalagem. Com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacotes com 10 unidades, estéril. Embalagem em papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita abertura em pétala. Atender na íntegra a ABNT NBR 13841.	S.V. BRAGA IMPORTADORA	ANDREONI	Amostra não recebida	Amostra não recebida	
60	BR0275472	Espéculo vaginal descartável tamanho M, em poliestireno cristal de alto impacto, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhante ao formato dos fórceps vaginais e dispositivo de abertura (parafuso borboleta), efeito luminoso, bordas antitraumáticas. Tamanho: diâmetro em repouso 7 cm, comprimento 11,5 cm.	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	KOLPLAST	Amostra não recebida	Amostra não recebida	
61	BR0275473	Espéculo vaginal descartável tamanho P, em poliestireno cristal de alto impacto, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhante ao formato dos fórceps vaginais e dispositivo de abertura (parafuso borboleta), efeito luminoso, bordas antitraumáticas. Tamanho: diâmetro em repouso 6 cm, comprimento 10,5 cm.	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	KOLPLAST	Amostra não recebida	Amostra não recebida	
98	BR0279581	Máscara cirúrgica tripla descartável. Camada tripla: duas externas de não tecido (TNT) 100% polipropileno spunbonded e uma interna de filtro de retenção de bacteriana meltblown; eficiência de retenção bacteriológica EFB: 99,92%; fixada por elástico, prensada, possui clipe para ajuste nasal; plana, flexível e porosa, não libera fiapos, hipoalergênico e atóxico, inerte e antisséptico. Caixa com 50 unidades. Apresentar LAUDO - Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE-15052- Máscaras Cirúrgicas" e Registro/notificação do produto na ANVISA	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA ME	BETEL	Amostra não recebida	Amostra não recebida	
178	BR0269587	Compressa de gaze estéril, 7,5 X 7,5 cm, pacote com 10 unidades. Compressa de gaze hidrófila, estéril, confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopaco, densidade de 13 fios por cm², 15 X 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 X 7,5 cm quando dobrada, 10 g por pacote no mínimo isento de embalagem. Com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacotes com 10 unidades, estéril. Embalagem em papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita abertura em pétala. Atender na íntegra a ABNT NBR 13841.	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	EUROPA/POLA RFX	Avaliada	Reprovada	Será protocolado em 31/01/2022
179	BR0279581	Máscara cirúrgica tripla descartável. Camada tripla: duas externas de não tecido (TNT) 100% polipropileno spunbonded e uma interna de filtro de retenção de bacteriana meltblown; eficiência de retenção bacteriológica EFB: 99,92%; fixada por elástico, prensada, possui clipe para ajuste nasal; plana, flexível e porosa, não libera fiapos, hipoalergênico e atóxico, inerte e antisséptico. Caixa com 50 unidades. Apresentar LAUDO - Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE-15052- Máscaras Cirúrgicas" e Registro/notificação do produto na ANVISA	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FARMATEX	Amostra não recebida	Amostra não recebida	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 109/2021

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 109/2021

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Clever Vinícius Schreiner – Odontólogo
- Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf – Enfermeira
- Suzane Cristofolini de Oliveira - Enfermeira

1. INTRODUÇÃO


Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, classificada em quinto lugar no Pregão Eletrônico nº 109/2021, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no item 10 do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Eletrônico nº 109/2021, conforme abaixo:

10.1. As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98, 103, 177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)


1




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

Primeiramente, registra-se que a empresa CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item 10.1 "As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98, 103, 177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra".

Sendo os itens nº 18, 19 e 21 apresentados pela CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI.

Quanto à marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item 10.3, sendo:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

10.4. As amostras apresentadas pelas licitantes classificadas de primeiro a quinto lugar e aprovadas pela comissão não serão, em hipótese alguma, consideradas como início de entrega do produto ofertado, nem serão contabilizadas na quantidade a ser entregue.

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 18 Atadura de crepe 18 fios tipo II, 10 cm de largura X 1,80 m de comprimento (em repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo 90% algodão, com peso 30 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá estar de acordo com a BR 14056.	Medidas	X		10 cm X 1,94 m
	Composição	X		
	Peso		X	30 g em 1,94 m, correspondente a 27,8 g em 1,80 m
	Acabamento	X		
Item 19 Atadura de crepe 18 fios tipo II, 12 cm de largura X 1,80 m de comprimento (em repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo 90% algodão, com peso 36 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá estar de acordo com a BR 14056.	Medidas	X		12 cm X 2,42 m
	Composição	X		
	Peso		X	39 g em 2,42 m, correspondente a 29 g em 1,80 m
	Acabamento	X		
Item 21 Atadura de crepe 18 fios tipo II, 20 cm de largura X 1,80 m de comprimento (em repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo 90% algodão, com peso 60 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada individualmente em material que garanta a integridade	Medidas	X		20 cm X 2,01 m
	Composição	X		
	Peso		X	61 g em 2,01 m, correspondente a 54,62 g em 1,80 m

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

do produto, o produto deverá estar de acordo com a BR 14056.	Acabamento	X		
--	------------	---	--	--

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- Os itens 18, 19 e 21 apresentaram não conformidades, e, portanto, foram **REPROVADOS**.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS


O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 28 de janeiro de 2022.


COMISSÃO AVALIADORA:



Gabriela Tambosi
Farmacêutica



Mayara Aparecida de Almeida Grösskopf
Enfermeira



Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 109/2021

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 109/2021

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Clever Vinícius Schreiner – Odontólogo
- Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf – Enfermeira
- Suzane Cristofolini de Oliveira - Enfermeira

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., classificada em quinto lugar no Pregão Eletrônico nº 109/2021, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no item 10 do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Eletrônico nº 109/2021, conforme abaixo:

10.1. As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98, 103, 177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)




1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

Primeiramente, registra-se que a empresa ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item 10.1 "As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98, 103, 177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra".

Sendo o item nº 44 apresentado pela ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Quanto à marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item 10.3, sendo:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

10.4. As amostras apresentadas pelas licitantes classificadas de primeiro a quinto lugar e aprovadas pela comissão não serão, em hipótese alguma, consideradas como início de entrega do produto ofertado, nem serão contabilizadas na quantidade a ser entregue.

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 44 Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm: constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm ² , 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 500 g por pacote no mínimo com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacotes com 500 unidades, não estéril. Com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Atender na íntegra a ABNT NBR 13841.	Peso		X	334 g/pacote
	Medidas		X	Fechada: 6,5 cm X 7,0 cm Aberta: 10 cm X 22 cm
	Composição	X		
	Resistência/ Acabamento		X	11 fios

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- O item 44 apresentou não conformidades, portanto foi **REPROVADO**.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 28 de janeiro de 2022.


COMISSÃO AVALIADORA:



Gabriela Tambosi
Farmacêutica



Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf
Enfermeira



Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 109/2021

PROCESSO Nº: PROCESSO Nº 109/2021

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Gabriela Tambosi – Farmacêutica
- Clever Vinícius Schreiner – Odontólogo
- Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf – Enfermeira
- Suzane Cristofolini de Oliveira - Enfermeira

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, classificada em quinto lugar no Pregão Eletrônico nº 109/2021, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no item 10 do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Eletrônico nº 109/2021, conforme abaixo:

10.1. As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98, 103, 177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

Primeiramente, registra-se que a empresa VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item 10.1 "As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98, 103, 177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra".

Sendo o item nº 178 apresentado pela VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Quanto à marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item 10.3, sendo:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Atendimento as normas da ANVISA;
- c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

10.4. As amostras apresentadas pelas licitantes classificadas de primeiro a quinto lugar e aprovadas pela comissão não serão, em hipótese alguma, consideradas como início de entrega do produto ofertado, nem serão contabilizadas na quantidade a ser entregue.

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
Item 178 Compressa de gaze estéril, 7,5 X 7,5 cm, pacote com 10 unidades. Compressa de gaze hidrófila, estéril, confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopaco, densidade de 13 fios por cm ² , 15 X 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 X 7,5 cm quando dobrada, 10 g por pacote no mínimo isento de embalagem. Com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacotes com 10 unidades, estéril. Embalagem em papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita abertura em pétala. Atender na íntegra a ABNT NBR 13841.	Peso		X	7 g/pacote 0,69 g/unidade
	Medidas		X	Fechada: 7,5 cm X 7,0 cm Aberta: 13 cm X 23 cm
	Composição	X		
	Resistência/ Acabamento	X		
	Quantidade por pacote	X		

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- O item 178 apresentou não conformidades, portanto foi **REPROVADO**.


3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS


O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 28 de janeiro de 2022.


COMISSÃO AVALIADORA:



Gabriela Tamposi
Farmacêutica



Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf
Enfermeira



Suzane Cristofolini de Oliveira
Enfermeira